

به نام خدا

مرکز پژوهشی مشخصه یابی پیشرفته

شرایط انجام آزمون TG/DSC

۹۵۰ درجه سانتی گراد	حداکثر دما
آرگون، نیتروژن، هوا	اتمسفر
1mm x 1mm x 1mm	میزان (حجم) نمونه مورد نیاز
پودر	حالت فیزیکی نمونه

جهت کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً با همکاران ما در مرکز تماس بگیرید. کارشناسان مرکز آماده ارائه مشاوره در زمینه چگونگی انجام آزمون و تعیین شرایط آزمون (مناسب نمونه ها) می باشند.